

**LISTAGENS DE ITENS DESERTOS/FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021**

**OBJETO:** O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (DETECTOR FETAL E ESFIGMOMANÔMETROS) PARA O CISAMUSEP.

| Item | Descrição  | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Vencedor   |
|------|--|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 1    | <p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM SUPORTE LATERAL PARA O TRANSDUTOR, MEDINDO 135 X 100 X 33 MM (CXLXA) PODENDO VARIAR +/- 12%, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE FREQUENCIA CARDÍACA FETAL DE 50 A 240 BPM, COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, COM BOTÕES LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM UTILIZAR, DEVERÁ DETECTAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, SINAL DE ALARME PARA BRADICARDIA E PARA TAQUICARDIA, COM NO MÍNIMO TRÊS MODOS DE MONITORAÇÃO DOS BATIMENTOS: TEMPO REAL, MÉDIA E MANUAL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA DE 9V.</p> <p>DISPLAY: TELA EM LCD, DEVERÁ INDICAR NO MÍNIMO O VOLUME, OS BATIMENTOS, NÍVEL DE BATERIA E SINAL DE ALARME, DEVERÁ POSSUIR LUZ DE FUNDO.</p> <p>TRANSDUTOR: FREQUENCIA DE 2MHZ, DESCONNECTÁVEL, CONECTADO ATRAVÉS DO CABO ESPIRALADO, INTENSIDADE ULTRASSÔNICA MÍNIMA DE 5MW/CM².</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE O DETECTOR FETAL, COM O TRANSDUTOR, BATERIA RECARREGÁVEL DE 9V E CARREGADOR BIVOLT, BOLSA DE TRANSPORTE.</p> <p>DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> | UNID  | 1      | FRACASSADO     | FRACASSADO  | FRACASSADO |
| 3    | <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO DE PAREDE, BRAÇADEIRA DE NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG E DIVISÃO DE ESCALA DE 2MMHG, COM TUBO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2M, PERA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE</p>  | UNID  | 10     | FRACASSADO     | FRACASSADO  | FRACASSADO |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| RETORNO EM METAL E COM ESFERA DE AÇO INOX, COM VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, O MANGUITO E A PERA DEVERÃO SER LIVRE DE LÁTEX; COMPARTIMENTO PARA GUARDAR A BRAÇADEIRA E A PERA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 341/2021 DO INMETRO, TER REGISTRO NA ANVISA E CONSTAR O SELO DO INMETRO NO VISOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Maringá, 27 de outubro de 2021.

Rafaela Koga Petruilio Kumagae  
**Pregoeira**